

# Mode d'emploi Tenons radiculaire

## (tenon radiculaire Mooser / tenon radiculaire CM / MP-Post)

### 1 Domaine d'application du mode d'emploi

Ce mode d'emploi s'applique aux produits énumérés au tableau 1 du point 29. La publication du présent mode d'emploi annule et remplace les versions précédentes. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi.

### 2 Nom commercial

Voir point 29, tableau 1.

### 3 Utilisation conforme

Les composants sont destinés à être utilisés dans le cadre de restaurations prothétiques sur des dents naturelles ou dans l'accompagnement de procédures au sein de la clinique dentaire ou du laboratoire.



### 4 Bénéfice clinique escompté

Restauration de la mastication et amélioration de l'aspect.

Pour les produits implantables, lien vers «Summary of safety and clinical performance».

Les résumés des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (SSCP) pour les produits implantables mentionnés dans ce mode d'emploi sont disponibles dans la base de données européenne sur les dispositifs médicaux EUDAMED et accessibles à l'adresse suivante : <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

### 5 Description du produit

Produit	Description
 <p>a) b)</p>	<p><b>Tenon radiculaire Mooser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Profil conique de la partie endodontique.</li> <li>– Deux têtes :</li> <li>– Tenon en métaux précieux Ceramicor® avec tête adhésive : Grâce à la forme particulière de la tête, l'empreinte n'est pas endommagée, même si les piliers sont divergents. Le tenon peut être repositionné d'une simple pression du doigt.</li> <li>– Tenon en titane avec tête plate : la tête plate sert de rétention pour le matériau de restauration. Pour les restaurations provisoires.</li> <li>– Disponible en quatre tailles différentes.</li> <li>– Pour la préparation du canal radiculaire, il existe pour chaque taille de tenon un élargisseur, un pré-alésoir et, pour le calibrage final manuel, un alésoir.</li> </ul> <p>a) Tenon radiculaire Mooser avec tête plate b) Tenon radiculaire Mooser avec tête adhésive</p>
 <p>a) b) c)</p>	<p><b>Tenon radiculaire CM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Profil cylindrico-conique de la partie endodontique.</li> <li>– Deux têtes :</li> <li>– Tenon en métaux précieux Ceramicor® avec tête adhésive, disponible avec et sans rainures d'écoulement du ciment dans la partie endodontique. Grâce à la forme particulière de la tête, l'empreinte n'est pas endommagée (utiliser un tenon sans rainure d'écoulement à cet effet, même si les piliers sont divergents). Le tenon peut être repositionné d'une simple pression du doigt.</li> <li>– Tenon en titane avec tête plate : la tête plate sert de rétention pour le matériau de restauration. Pour les restaurations provisoires.</li> <li>– Disponible en 5 hauteurs différentes.</li> <li>– Pour la préparation du canal radiculaire, il existe pour chaque taille de tenon un élargisseur et, pour le calibrage final manuel, un alésoir.</li> </ul> <p>a) Tenon radiculaire CM avec tête adhésive (sans rainure) b) Tenon radiculaire CM avec tête adhésive (avec rainure) c) Tenon radiculaire CM avec tête plate (avec rainure)</p>
 <p>a)</p>  <p>b)</p>	<p><b>MP-Post</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Profil cylindrico-conique de la partie endodontique.</li> <li>– Deux variantes de tenon :</li> <li>• Tenon en acier avec tête plate : la tête plate sert de rétention pour le matériau de restauration. Pour les restaurations provisoires.</li> <li>• Tenon en résine en résine calcifiable : Alternative économique aux tenons préfabriqués en métaux précieux.</li> <li>– Disponible en quatre tailles différentes.</li> <li>– Pour la préparation du canal radiculaire, il existe un foret pour canal radiculaire et pour chaque taille de tenon un élargisseur et un alésoir.</li> </ul> <p>a) MP-Post calcifiable b) MP-Post avec tête plate</p>

**Instruments pour le canal radiculaire**

- Les instruments sont aux normalisés.
- Tous les instruments sont identifiés par un code couleur. Aucun risque de confusion n'est possible.
- Une pièce intermédiaire est disponible pour prolonger les instruments.

**Nomenclature**

Pour exclure toute confusion :

- Les instruments pour canal radiculaire sont identifiés par un code couleur, analogue à la taille du tenon radiculaire.
- Les tenons radiculaires en Ceramicor® sont identifiés par un code couleur.
- Les tenons radiculaires en titane et en acier sont identifiés par une numérotation.
- Les tenons radiculaires en résine calcinable sont injectés dans des résines de différentes couleurs.

**6 Indication**

Ces produits sont utilisés dans le canal radiculaire, dans les cas où la couronne est en grande partie détruite. Ils sont prévus pour la stabilisation radiculaire et permettent de fixer des coiffes radiculaires, des superstructures ou des couronnes à tenon dans le cadre d'un traitement radiculaire.

- Couronnes à tenons
- Reconstitutions coulées
- Restaurations provisoires

**7 Contre-indications**

- En raison de la forme de leur tête (tête plate), les tenons radiculaires en titane et en acier ne sont pas indiqués pour les restaurations définitives.
- Canal radiculaire large ne permettant pas une préparation et une adaptation parfaite aux parois radiculaires.
- Canal radiculaire aux parois très fines et/ou racines cassantes.
- Parodontite, infection sévère de la gencive, hygiène bucco-dentaire insuffisante, caries et espace intra-occlusal limité.
- Patient non disposé à suivre correctement les consignes d'entretien/de suivi.
- Patients présentant un bruxisme ou d'autres habitudes parafunctionnelles.
- Patients avec une allergie connue à un ou plusieurs composants des matériaux des éléments de construction.
- Situation buccale du patient ne permettant pas une utilisation conforme des produits.

**8 Produits compatibles**

Non applicable.

**9 Qualification de l'utilisateur**

Les connaissances professionnels d'un dentiste ou d'un technicien-dentiste sont ici requises. Le mode d'emploi actuel doit être disponible en permanence, et avoir été lu et compris dans son intégralité avant la première utilisation. La fabrication et l'entretien ne doivent être réalisés que par du personnel qualifié.

Utiliser exclusivement des pièces et outils originaux pour ces travaux. Veuillez vous adresser à votre représentant Cendres+Métaux SA pour obtenir des données ou des informations complémentaires.

 Information importante pour les spécialistes

 Symbole d'avertissement signalant la nécessité d'une prudence accrue

**10 Ordonnance**

Les lois fédérales (USA) interdisent l'utilisation ou la vente par des dentistes sans licence.

**11 Effets secondaires**

-  Ne pas utiliser ce produit chez les patients présentant une allergie existante à un ou plusieurs composants des matériaux des produits. En cas d'allergie suspectée à un ou plusieurs composants des matériaux, n'utiliser ce produit qu'après consultation d'un allergologue et confirmation de l'absence d'allergie.
- Les instruments auxiliaires et les produits en acier peuvent contenir du nickel.  
Aucun effet secondaire n'est connu en cas d'utilisation conforme.

**12 Mises en garde** **Environnement de résonance magnétique**

L'innocuité et la compatibilité du produit dans un environnement de résonance magnétique (RM) n'ont pas été évaluées. Le réchauffement et la migration du produit dans un environnement de résonance magnétique (RM) n'ont pas été testés.

**13 Remarques générales**

Ce mode d'emploi permet utiliser immédiatement les produits dans le domaine d'application décrits. Des connaissances en médecine ou technique dentaires sont nécessaires. Info : [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs)

**14 Précautions d'emploi**

-  – Utiliser exclusivement des pièces et outils originaux pour ces travaux.
- Les composants du produit sont livrés non stériles. Pour plus d'informations, voir point 16 Préparation.
- Veiller à ce que les pièces ne soient pas aspirées.
- Avant chaque intervention, veiller à disposer de tous les composants nécessaires du produit en quantité suffisante.
- À des fins de sécurité, toujours porter des vêtements de protection.
- Les instruments tranchants ne doivent pas être nettoyés au bain à ultrasons (ils risquent de s'émousser).
- L'application d'une pression trop importante, l'insertion en biais ou en exerçant un effet de levier peut provoquer une fracture des instruments.
- Les instruments pour la préparation du canal radiculaire sont prévus pour être utilisés 10 fois au maximum.
- Les systèmes de tenon radiculaire Mooser, tenon radiculaire CM et MP-Post ne sont pas compatibles entre eux, c.-à-d. que pour chaque système, il faut utiliser les instruments indiqués à cet effet.
- Les tenons radiculaires ne doivent pas être remplacés par un autre tenon dans l'empreinte (même par un tenon de forme et de taille identiques). Cela pourrait modifier le positionnement du tenon.
- Les anneaux en plastique indiquant le code couleur doivent être enlevés avant la prise d'empreinte.
- Ceramicor® est un alliage platine-or non oxydant adapté à la coulée de raccord avec tous les alliages précieux.
- Ceramicor® n'est pas adapté à la coulée de raccord avec des alliages de métaux non précieux.
- Les tenons radiculaires adaptés à la coulée de raccord dans les alliages de métaux précieux Ceramicor® ne sont pas adaptés à la cuisson de la céramique (CET). C'est la raison pour laquelle le tenon doit être recouvert de cire lors du modelage et d'alliage de coulée lors de la finition.

Les produits en titane ne conviennent pas à la réalisation de coulées de raccord.

Les produits en acier ne conviennent pas à la réalisation de coulées de raccord.

## 15 Usage unique

– Sauf indication contraire, les composants du produit sont à usage unique.

Les produits prévus pour l'usage unique (single-use) sont soumis pendant leur utilisation à une certaine contrainte pouvant entraîner une usure, une perte de fonctionnalité et/ou un dysfonctionnement.



Une réutilisation des produits prévus pour un usage unique (single-use) compromet la sécurité, le bon fonctionnement et les performances. Les produits prévus pour un usage unique (single-use) n'ont pas été testés pour une réutilisation/un retraitement, ce qui augmente le risque d'infection.

## 16 Préparation



Une fois prête ou modifiée, la prothèse ainsi que tous les composants du système doivent être nettoyés, désinfectés et le cas échéant stérilisés avant toute utilisation. Les matériaux à base d'alliages métalliques, les polymères de haute performance (Pekkton®) et les céramiques se prêtent à une stérilisation à la vapeur, contrairement aux composants à base de polymères autre que Pekkton®. Lors du choix de la procédure de désinfection et stérilisation, il est essentiel de suivre les directives nationales publiées et le mode d'emploi « Entretien et maintenance Instruments chirurgicaux et prothétiques » ([www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs)).

## 17 Domaine d'application


Ces produits sont utilisés dans le canal radiculaire, dans les cas où la couronne est en grande partie détruite. Ils sont prévus pour la stabilisation radiculaire et permettent de fixer des coiffes radiculaires, des superstructures ou des couronnes à tenon dans le cadre d'un traitement radiculaire.

- Couronnes à tenons
- Reconstitutions coulées
- Restaurations provisoires


## 18 Procédure

Commencer par le traitement endodontique de la racine. Continuer par la préparation en fonction de l'indication. Le choix des produits prothétiques à utiliser dépend de la radiographie, de l'anatomie et de la situation canalaire (longueur et diamètre).

### 18.1 Tenon radiculaire Mooser / tenon radiculaire CM



Une fois le traitement endodontique terminé, le canal est élargi mécaniquement à l'aide de l'élargisseur correspondant à la taille du tenon choisi.




#### Tenon radiculaire Mooser

Le canal est préparé mécaniquement avec le pré-alésoir qui présente déjà un profil conique.

#### Tenon radiculaire CM

Cette étape est sans objet.




Le calibrage final du canal radiculaire est effectué manuellement avec l'alésoir correspondant monté sur la clé Thomas. La profondeur de pénétration et l'adaptation du tenon aux parois sont ensuite contrôlées avec la jauge.

Préparer un inlay central pour éviter les torsions et contraintes excessives.

#### Tenon radiculaire CM

Première rainure de la jauge à partir du bord occlusal : longueur totale des tenons à tête adhésive.



Cimentage : Introduire le ciment dans le canal radiculaire avec un lentulo (respecter le mode d'emploi du fabricant). Vérifier que le tenon se trouve bien dans sa position finale. Retirer l'excédent de ciment.

## 18.2 MP-Post

Commencer par le traitement endodontique de la racine. Continuer par la préparation en fonction de l'indication. La sélection de la taille de tenon radulaire s'effectue au moyen du cliché radiographique et conformément à la préparation du canal et aux conditions anatomiques.

### Préparation du canal radulaire

Perforer la gutta-percha avec une sonde chaude ou « spreader » jusqu'à la profondeur souhaitée (création d'un canal d'entrée). Élargir le canal radulaire avec un foret pour canal radulaire MP (n° de catégorie 200004436), et l'approfondir le cas échéant. Préparer le canal radulaire avec les élargisseurs identifiés par le code couleur, par ordre croissant, jusqu'à atteindre le diamètre souhaité. La partie tranchante de l'élargisseur correspondant à la profondeur de canal nécessaire.

Exemples de procédure :

#### MP-Post jaune (plus petit tenon radulaire)

Préparer à la machine la canal radulaire avec l'élargisseur de canal radulaire MP jaune (no de catégorie 20000441).

#### MP-Post vert (plus grand tenon radulaire)

Préparer à la machine la canal radulaire avec l'élargisseur de canal radulaire MP jaune (no de catégorie 20000441).

Puis continuer avec l'élargisseur de canal radulaire MP rouge (no de cat. 20000447)

Puis continuer avec l'élargisseur de canal radulaire MP bleu (no de cat. 200004451)

Terminer la préparation avec l'élargisseur de canal radulaire MP vert (no de cat. 200004455)

Respecter impérativement l'ordre chronologique d'utilisation des élargisseurs de canal radulaire, faute de quoi l'instrument appliquera trop de pression sur le canal radulaire, ayant pour conséquence potentielle la fracture radulaire.

### Tenons radulaires en résine calcinable

L'alliage de coulée doit présenter des propriétés mécaniques spécifiques, notamment une limite d'élasticité (Rp) à 0,2 % d'au moins 500 MPa. Positionner les tiges de coulée de manière à favoriser l'élimination de la cire et de la résine et à faciliter l'écoulement de l'alliage en fusion dans la forme de l'objet à couler (éviter les angles et les arêtes vives). Éviter d'utiliser des agents tensio-actifs agressifs risquant de déformer le tenon en résine. Utiliser de préférence une masse de revêtement très résistante, notamment aux chocs, (par exemple CM 20), et éviter le recours à la technique de coulée rapide.

Préchauffage du cylindre de coulée ; respecter une montée en température lente. Placer le cylindre dans le four, orifice vers le bas (facilite l'écoulement et l'élimination de la cire et du plastique). Effectuer un palier à 250 – 300 °C jusqu'à élimination complète du modelage. Rester à cette température le plus longtemps possible (30 – 45 min.). Procéder à la coulée selon les indications du fabricant de l'alliage. Laisser refroidir lentement jusqu'à température ambiante. En cas d'imperfections de coulée telles que bulles ou manque de précision d'une arête, une retouche est possible à condition que celle-ci n'affecte pas l'ajustage et ne modifie pas les dimensions initiales.

### Scellement

Introduire le ciment dans le canal radulaire avec un lentulo (respecter le mode d'emploi du fabricant). Vérifier que le tenon se trouve bien dans sa position finale. Retirer l'excédent de ciment.

## 19 Matériaux

Se reporter aux fiches techniques des matériaux spécifiques et au catalogue ainsi qu'à la liste de produits figurant au tableau 1 du point 29 pour des informations détaillées sur les matériaux et leurs affectations. Consulter également le site Internet [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs) ou la documentation dentaire de Cendres+Métaux SA (disponible gratuitement dans les succursales, les bureaux et les représentations de Cendres+Métaux SA).

## 20 Stockage

 Le produit doit être stocké dans un lieu sec dans son emballage d'origine, sauf indication contraire sur l'emballage, à température ambiante et à l'abri des rayons directs du soleil. Un stockage incorrect peut compromettre les propriétés du produit et entraîner l'échec de la restauration.

## 21 Informations pour le patient

### 21.1 Manipulation / Suivi

Au plus tard le jour de la pose de la prothèse, il convient d'expliquer au patient qu'un suivi régulier est indispensable à la bonne santé de l'ensemble du système de mastication et au bon fonctionnement de la prothèse dentaire. Il est essentiel de motiver et former les patients en fonction de leurs propres capacités telles que l'habileté manuelle et la vision à la manipulation et à l'entretien de leurs dents ainsi que de la prothèse dentaire.

Les prothèses dentaires fixes et amovibles subissent des contraintes importantes dans un milieu en modification constante et sont donc soumises à une usure plus ou moins forte. L'usure est constante dans la vie quotidienne et ne peut être évitée, uniquement réduite. L'importance de l'usure dépend du système global.

Nous nous efforçons d'utiliser des matériaux compatibles entre eux de la manière la plus optimale possible, afin de réduire l'usure à un minimum. La bonne assise de la prothèse doit être vérifiée au moins une fois par an et, le cas échéant, la prothèse doit être rebasée pour éviter les mouvements de bascule (solllicitation excessive). Nous recommandons de procéder à un contrôle des prothèses tous les trois mois au début et de remplacer éventuellement les pièces auxiliaires, comme par exemple les pièces rétentives.

### 21.2 Nettoyage et entretien

Nous recommandons de brosser les dents et de nettoyer la prothèse après chaque repas. Le nettoyage de la prothèse comprend également celui de l'élément de connexion (l'attachement). La méthode la plus douce est de le rincer sous eau courante en le nettoyant avec une brosse à dents souple. Pour un nettoyage approfondi, placer la prothèse dans un petit appareil à ultrasons en ajoutant un produit de nettoyage adapté. Ne jamais nettoyer les attachements de haute précision avec du dentifrice. Ceci pourrait les endommager. La prudence s'impose aussi lors du choix du produit ou des comprimés effervescents de nettoyage. Ceux-ci peuvent également endommager l'attachement de haute qualité ou nuire à son bon fonctionnement. Nettoyer les éléments de connexion à la denture résiduelle ou aux implants à l'eau uniquement, avec une brosse à dents souple et une brosse interdentaire. Ne pas utiliser de dentifrice afin d'éviter toute détérioration.

Veiller à un nettoyage régulier des ancrages, afin d'éviter toute inflammation des tissus mous. Pour de plus amples informations et des conseils d'entretien pour les instruments. ([www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs))

Veillez vous adresser à votre représentant Cendres+Métaux SA pour obtenir des données ou des informations complémentaires.

## 22 Références de commande

Se reporter à la liste de produits figurant au tableau 1 du point 29, au catalogue spécifique de produits, à l'emballage et, pour les différents produits, également directement au produit pour des informations détaillées sur les références de catalogue, le nombre de produits ainsi que leurs affectations. Pour des renseignements complémentaires, consulter le site Internet [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs) ou la documentation dentaire de Cendres+Métaux SA (disponible gratuitement dans les succursales, les bureaux et les représentations de Cendres+Métaux SA). Veuillez vous adresser à votre représentant Cendres+Métaux SA pour obtenir des données ou des informations complémentaires.

### 23 Disponibilité

Certains produits mentionnés et décrits dans ce document ne sont peut-être pas disponibles dans tous les pays.

### 24 Traçabilité - numéro de lot

Les numéros de lot de toutes les pièces utilisées doivent être documentés afin de garantir leur traçabilité. Si les produits décrits dans ce domaine d'application du mode d'emploi et utilisés pour la fabrication d'une prothèse dentaire présentent différents numéros de lot, tous les numéros de lot doivent être notés pour garantir la traçabilité.

### 25 Réclamation

Tout incident en lien avec le produit doit être immédiatement signalé à Cendres+Métaux SA auprès de toutes les succursales, les bureaux et les représentations de Cendres+Métaux SA, ainsi que pour les cas graves auprès de l'autorité compétente pour la zone où l'utilisateur est installé.

### 26 Mise au rebut en toute sécurité

L'élimination du produit doit respecter la réglementation locale et les directives environnementales et le degré de contamination doit être pris en compte. Cendres+Métaux LUX SA reprend volontiers les déchets de métaux précieux. Veuillez vous adresser à votre représentant Cendres+Métaux SA pour obtenir des données ou des informations complémentaires.

### 27 Droits de marque

Sauf indication contraire, tous les produits marqués avec «®» ne sont pas des marques déposées de Cendres+Métaux Holding SA, mais des marques commerciales déposées de leurs fabricants respectifs.

### 28 Clause de non-responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi. Ce produit fait partie d'un concept global et ne doit être utilisé ou combiné qu'avec les composants et instruments originaux correspondants. Le fabricant décline toute responsabilité si tel n'est pas le cas. Toujours indiquer le numéro de lot en cas de réclamation.

L'utilisation des produits de tiers, qui ne sont pas distribués par Cendres+Métaux SA, en lien avec les produits mentionnés dans le tableau 1, entraîne l'annulation de la garantie correspondante ou de toute autre obligation expresse ou implicite de Cendres+Métaux SA.

Il incombe à l'utilisateur des produits Cendres+Métaux SA de définir si un produit est indiqué ou non pour un patient ou une situation défini.

Cendres+Métaux SA décline toute responsabilité expresse ou implicite et toute responsabilité pour des dommages directs, indirects, passibles de poursuites ou d'autres dommages résultant ou en lien avec des erreurs d'appréciation ou de pratique professionnelle lors de l'utilisation ou de l'installation de produits Cendres+Métaux SA.

Il incombe également à l'utilisateur de s'informer régulièrement des dernières avancées pour les produits Cendres+Métaux SA mentionnés dans le tableau 1 et leurs applications.

Attention ! Les descriptions figurant dans ce document ne suffisent pas pour une utilisation immédiate des produits Cendres+Métaux SA.

Des connaissances spécialisées en médecine et technique dentaires et des consignes de manipulation pour les produits mentionnés dans le tableau 1 délivrées par un utilisateur avec l'expérience correspondante sont toujours nécessaires.

### 29 Liste de produits

N° cat.	Désignation du produit	Matériau	Usage unique	Réutilisable	ID UDI de base
<b>Tenon radiculaire Mooser</b>					
05003505	Tenon radiculaire Mooser avec tête adhésive C (taille 1)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003506	Tenon radiculaire Mooser avec tête adhésive C (taille 2)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003507	Tenon radiculaire Mooser avec tête adhésive C (taille 3)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003509	Tenon radiculaire Mooser avec tête adhésive C (taille 4)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003589	Tenon radiculaire Mooser avec tête plate T (taille 1)	Titane	OUI	NON	764016651000048EB
05003590	Tenon radiculaire Mooser avec tête plate T (taille 2)	Titane	OUI	NON	764016651000048EB
05003591	Tenon radiculaire Mooser avec tête plate T (taille 3)	Titane	OUI	NON	764016651000048EB
05003592	Tenon radiculaire Mooser avec tête plate T (taille 4)	Titane	OUI	NON	764016651000048EB
072310	Tenon radiculaire Mooser élargisseur blanc (taille 1)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
072311	Tenon radiculaire Mooser avec élargisseur jaune (taille 2)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
072312	Tenon radiculaire Mooser avec élargisseur rouge (taille 3)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
072313	Tenon radiculaire Mooser avec élargisseur bleu (taille 4)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
072314	Tenon radiculaire Mooser avec pré-alésoir blanc (taille 1)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
072315	Tenon radiculaire Mooser avec pré-alésoir jaune (taille 2)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
072316	Tenon radiculaire Mooser avec pré-alésoir rouge (taille 3)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ

N° cat.	Désignation du produit	Matériau	Usage unique	Réutilisable	ID UDI de base
072317	Tenon radulaire Mooser avec pré-alésoir bleu (taille 4)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
070287	Tenon radulaire Mooser avec alésoir blanc (taille 1)	Acier	NON	OUI	764016651000019E4
072318	Tenon radulaire Mooser avec alésoir jaune (taille 2)	Acier	NON	OUI	764016651000019E4
070288	Tenon radulaire Mooser avec alésoir rouge (taille 3)	Acier	NON	OUI	764016651000019E4
072319	Tenon radulaire Mooser avec alésoir bleu (taille 4)	Acier	NON	OUI	764016651000019E4
070221	Clé Thomas	Acier	NON	OUI	764016651000013DQ
070483	Jauge	Acier	NON	OUI	764016651000061E3
072414	Pièce intermédiaire	Acier	NON	OUI	764016651000014DS
08000003	Tenons radulaires Endobox	Acier	NON	OUI	N/A
<b>Tenon radulaire CM</b>					
05003194	Tenon radulaire CM avec tête adhésive C (taille 1)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003195	Tenon radulaire CM avec tête adhésive C (taille 2)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003202	Tenon radulaire CM avec tête adhésive C (taille 3)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003210	Tenon radulaire CM avec tête adhésive C (taille 4)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003211	Tenon radulaire CM avec tête adhésive C (taille 5)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003219	Tenon radulaire CM avec tête adhésive C (taille 1) (avec rainure)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003226	Tenon radulaire CM avec tête adhésive C (taille 2) (avec rainure)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003234	Tenon radulaire CM avec tête adhésive C (taille 3) (avec rainure)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003242	Tenon radulaire CM avec tête adhésive C (taille 4) (avec rainure)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003250	Tenon radulaire CM avec tête adhésive C (taille 5) (avec rainure)	Ceramicor®	OUI	NON	764016651000048EB
05003584	Tenon radulaire CM avec tête plate T (taille 1) (avec rainure)	Titane	OUI	NON	764016651000048EB
05003585	Tenon radulaire CM avec tête plate T (taille 2) (avec rainure)	Titane	OUI	NON	764016651000048EB
05003586	Tenon radulaire CM avec tête plate T (taille 3) (avec rainure)	Titane	OUI	NON	764016651000048EB
05003587	Tenon radulaire CM avec tête plate T (taille 4) (avec rainure)	Titane	OUI	NON	764016651000048EB
05003588	Tenon radulaire CM avec tête plate T (taille 5) (avec rainure)	Titane	OUI	NON	764016651000048EB
072326	Tenon radulaire CM avec élargisseur blanc (taille 1)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
072321	Tenon radulaire CM avec élargisseur jaune (taille 2)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
072327	Tenon radulaire CM avec élargisseur rouge (taille 3)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
072328	Tenon radulaire CM avec élargisseur bleu (taille 4)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
072329	Tenon radulaire CM avec élargisseur vert (taille 5)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
070243	Tenon radulaire CM avec alésoir blanc (taille 1)	Acier	NON	OUI	764016651000019E4
070244	Tenon radulaire CM avec alésoir jaune (taille 2)	Acier	NON	OUI	764016651000019E4
070245	Tenon radulaire CM avec alésoir rouge (taille 3)	Acier	NON	OUI	764016651000019E4
070246	Tenon radulaire CM avec alésoir bleu (taille 4)	Acier	NON	OUI	764016651000019E4
070247	Tenon radulaire CM avec alésoir vert (taille 5)	Acier	NON	OUI	764016651000019E4
070221	Clé Thomas	Acier	NON	OUI	764016651000013DQ
070483	Jauge	Acier	NON	OUI	764016651000061E3
072414	Pièce intermédiaire	Acier	NON	OUI	764016651000014DS
08000003	Tenons radulaires Endobox	Acier	NON	OUI	N/A

N° cat.	Désignation du produit	Matériau	Usage unique	Réutilisable	ID UDI de base
<b>MP-Post</b>					
200004301	MP-Post X jaune (taille 1)	Acier	OUI	NON	764016651000048EB
200004310	MP-Post X rouge (taille 2)	Acier	OUI	NON	764016651000048EB
200004319	MP-Post X bleu (taille 3)	Acier	OUI	NON	764016651000048EB
200004328	MP-Post X vert (taille 4)	Acier	OUI	NON	764016651000048EB
200004302	MP-Post K jaune (taille 1)	Korak	OUI	NON	764016651000062E5
200004311	MP-Post K rouge (taille 2)	Korak	OUI	NON	764016651000062E5
200004320	MP-Post K bleu (taille 3)	Korak	OUI	NON	764016651000062E5
200004329	MP-Post K vert (taille 4)	Korak	OUI	NON	764016651000062E5
200004441	Élargisseur de canal radiculaire MP jaune (taille 1)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
200004447	Élargisseur de canal radiculaire MP rouge (taille 2)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
200004451	Élargisseur de canal radiculaire MP bleu (taille 3)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
200004455	Élargisseur de canal radiculaire MP vert (taille 4)	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
200004436	Foret pour canal radiculaire MP	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
200004442	Fort auxiliaire MP	Acier	NON	OUI	764016651000060DZ
200004443	Poignée plastique MP	Plastique	NON	OUI	764016651000064E9

### 30 Symboles

-  Information importante pour les spécialistes
-  Symbole d'avertissement signalant la nécessité d'une prudence accrue

#### Marquages sur l'emballage/symboles

-  Date de fabrication
-  Fabricant
-  Numéro de catalogue
-  Numéro de lot
-  Quantité
-  Veuillez suivre le mode d'emploi, disponible sous forme électronique à l'adresse indiquée.  
[www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs)
-  Attention : selon la loi fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu qu'à des professionnels de la santé autorisés ou sur leur ordonnance.
-  Les produits Cendres+Métaux avec le sigle CE sont conformes aux exigences européennes.
-  Ne pas réutiliser
-  Non stérile
-  Protéger des rayons du soleil
-  Attention, tenir compte des documents d'accompagnement
-  Unique Device Identification (identifiant unique de dispositifs médicaux) – UDI
-  Mandataire européen
-  Importateur en UE
-  Dispositif médical